

Faktorer som kan påverka vid undersökning av extern kvalitetskontroll

Detta dokument tar upp generella faktorer och felkällor, som ligger utanför Equalis kontroll, men som kan inverka på analysen/undersökningen av den externa kvalitetskontrollen och dess resultat och påverka utvärderingen av deltagares resultat. Faktorer och felkällor som är specifika för ett visst kvalitetssäkringsprogram finns i hanteringsföreskriften.

Program utan provmaterial

- Skillnader i patientflöde och populationer vilket kan ge upphov till skillnader i datauttaget mellan deltagande laboratorier (Patientmedianer)
- Begränsningar och svårigheter att få fram efterfrågade data (Kvalitetsindikatorer)
- Feltolkning av indikatorer kan orsaka felaktigt urval av data (Kvalitetsindikatorer)
- Skrivfel i samband med resultatrapportering

Program med digitala provmaterial

- Bristfällig kvalitet på lokal nätverksanslutning
- Ej optimala skärminställningar vid bedömning av bilder
- Förväxling av fall i viewer
- Distribuerade bildfiler läses inte in korrekt av det lokala systemet
- Erhållna inloggningar används ej i enlighet med instruktionen
- Kliniksvar (konsensusvar) besvaras innan individuellt svar har lämnats in
- Skrivfel i samband med resultatrapportering

Program med fysiska provmaterial

- Avvikande förvaringstemperatur än den föreskrivna
- Spädningsfel vid frystorkat kontrollmaterial
- Otillräcklig blandning innan analys
- Ej rumstempererat prov vid analys
- Provbearbetning som avviker från instruktionen
- Provförväxling
- Ljuskänsligt provmaterial skyddas ej mot ljus innan analys
- Felaktigt lämnad uppgift om gränsvärde eller cut-off kan leda till felaktig bedömning av resultatet
- Rapportering av resultat utanför metodens validerade mätområde
- Skrivfel i samband med resultatrapportering